

Шығыс № 173
22 06 2021 жыл

Объявление №34

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
(в соответствии с главой 10 Постановления Правительства РК №375 от 04.06.2021 г.)

1. Настоящее объявление по запуску медицинских изделий и лекарственных средств (далее - Товары) для Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области (далее – МОБ) разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об участии в запуске способом запроса ценовых предложений.

2. Сумма, выделенная по запуску товаров способом запроса ценовых предложений составляет 5 417 300 (пять миллионов четыреста семнадцать тысяч триста) тенге;

Перечень закупаемых товаров

№ лота	Наименование заказчика	Наименование товара	Описание	Ед. изм.	Кол -во	Цена за ед-цу (тенге)	Выделенная сумма (тенге)
1	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72	Мочеточниковый катетер, открытого типа, размерами (Fr): 5; длина (см): 70	Мочеточниковый катетер выполнен из полиуретана. Диаметр 5 Fr. Длина катетера 70 см., кончик, открытый. На проксимальном кончике имеется адаптер Люэра. На поверхности имеются одинарные метки длины через каждые 1 см, двойные метки – через каждые 10 см. Изделие является стерильным, апиrogenным, не содержит латекса	Шт	15	5410	81 150
2	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72	Мочеточниковый катетер, открытого типа, размерами (Fr): 6; длина (см): 70	Мочеточниковый катетер выполнен из полиуретана. Диаметр 6 Fr. Длина катетера 70 см., кончик, открытый. На проксимальном кончике имеется адаптер Люэра. На поверхности имеются одинарные метки длины через каждые 1 см, двойные метки – через каждые 10 см. Изделие является стерильным, апиrogenным, не содержит латекса.	Шт	15	5410	81 150
3	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Назальная канюля используется для высокопоточной назальной оксигенотерапии, размеры S,M,L,XL	Используется для высокопоточной назальной оксигенотерапии, размеры S,M,L,XL	Шт	10	35500	355 000
4	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Высокопоточный дыхательный увлажнитель с подогревом	<p>Высокопоточный подогреваемый дыхательный увлажнитель для проведения высокопоточной назальной кислородной терапии.</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аппарат оснащен LCD дисплеем. • Диапазон скорости потока от 2 до 60 л/в мин; • Максимальная скорость потока: 60 л/в мин; • Настройки скорости потока: <ul style="list-style-type: none"> o В режиме для взрослых (высокий поток) 10-60 л/в мин (шаг регулировки - 1 л/в мин); o В режиме для детей (низкий поток) 2-25 л/в мин (шаг регулировки – 1 л/в мин); • Настройки температуры: 31°C-37°C (±2°C) (шаг регулировки – 1°C); • Влажность потока: <ul style="list-style-type: none"> o >33мг/л при температуре 37°C; o >12мг/л при температуре 31°-36°C; • FiO2: от 21 до 95% (±5%); • Источник питания: 100-240V 50/60Гц; • Уровень шума: ≤50dB; • Время нагрева потока: ~6 мин до 37°C при скорости потока 60 л/в мин; • Размер: 243мм x 220мм x 170мм; • Вес: до 2,8±0,2 кг. <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Легкость в использовании и быстрый старт; 	Шт	2	2450000	4 900 000

- Встроенный датчик кислорода;
- Отражение в режиме реального времени FiO₂;
- Обеспечение безопасности пациента путем возможности установки верхнего и нижнего лимита концентрации кислорода при превышении которых срабатывает сигнал тревоги;
- Не требует компрессора;
- Наличие детского и взрослого режима;
- Наличие функции регулировки температуры потока от 31 до 37°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) с шагом регулировки 1°C;
- Наличие функции регулировки скорости потока от 2 до 60 л/в мин с шагом регулировки 1 л/в мин;
- Не требует стерилизации после использования;
- Оснащается сменным фильтром;
- Возможность подключения внешнего источника воды и автоматического наполнения камеры увлажнителя;
- Наличие датчика уровня воды;
- Наличие сигнала тревоги при снижении уровня воды до середины призмы в камере увлажнителя для возможности замены источника воды до ее окончания;
- Наличие датчика камеры увлажнителя;
- Наличие сигнала тревоги при блокировке потока;
- Наличие встроенной памяти и слота для SD карты для записи действий и истории использования.
- Соответствие стандарту IEC/EN 60601
- Наличие сертификата EC 93/42/EEC
- Соответствие производства стандарту EN ISO 13485

Требования к условиям эксплуатации:

Прибор не должен подвергаться чрезмерной вибрации, воздействию пыли, агрессивных и взрывоопасных газов. Во время работы, прибор должен находиться в горизонтальном положении.

Температура: 18 ~ 28°C;

Относительная влажность: 15% ~ 93%, без конденсации;

Атмосферное давление: 86 ~ 106кПа;

Высота: до 2000м над уровнем моря.

Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

- Флоуметр (расходомер) кислорода – 1шт
- Кислородный шланг – 1шт
- Кислородная трубка – 1 шт
- Сменные фильтры – 25 шт
- Кабель подключения интегрированного дыхательного контура к прибору. – 1 шт
- Интегрированный нагреваемый дыхательный контур одноразовый для взрослых - по 6 шт к 1-му (одному) аппарату
- Одноразовая высокотоочная назальная канюля для взрослых. - по 6 шт к 1-му (одному) аппарату
- Одноразовая камера увлажнителя - по 6 шт к 1-му (одному) аппарату

1. Поставщик при поставке оборудования обеспечивает его ввод эксплуатацию (с подписанием соответствующего акта).
2. Поставщик при поставке оборудования проводит обучение специалистов больницы-заказчика на месте установки МИ.
3. Товар должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языке.
4. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить сертификат соответствия стандарту IEC/EN 60601.
5. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить сертификат соответствия

		производства стандарту EN ISO 13485. 6. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить сертификат ЕС 93/42/ЕЕС. 7. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить документ, подтверждающий регистрацию медицинского изделия в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом.				
Всего: пять миллионов четыреста семнадцать тысяч триста тенге						5 417 300
Срок и Условия поставки товаров – В течении 20 (двадцати) календарных дней по заявке заказчика				Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг- Склад МОБ 120008, г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.		

3. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным **главой 4 Постановления Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375** (далее - Правила).

4. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

5. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Окончательный срок представления конвертов с ценовыми предложениями до **09:30 часов 29 июня 2021 года**. Ценовые предложения на участие в закупе, запечатанные в конверте, представляются потенциальными поставщиками в КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница», по адресу: 120008, г.Кызылорда, проспект Назарбаева, 3 этаж, Отдел «Правового обеспечения и государственных закупок».

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в **10:00 часов 29 июня 2021 года** по следующему адресу: г.Кызылорда, проспект Назарбаева 72, 2-этаж, малый конференц-зал,, КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница». Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (7242) 231471, 235150 (вн. 273).



Директор

Амитов Н.Е.