



«Утверждаю»
Директор _____ Амитов Н.Е.
2020 год

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений №57

Малый конференц-зал

11-00 часов 14 августа 2020 года

Вскрытия конвертов с ценовыми предложениями состоялось в 11-00 часов 14.08.2020 г. в малом конференц-зале, 2 этаж администрации.

1. Комиссия в следующем составе:

1) Члены комиссии:

Әбілпатта А. – Зам. директора по хир. части

Жакупова А. – И.о.начальника отдела «Правового обеспечения и государственных закупок»

Искаков Е. – И.о. зав. урологии

2) Секретарь

Назаров Д. – специалист отдела «Правового обеспечения и государственных закупок»

провел закуп способом запроса ценовых предложений по закупкам изделий медицинского назначения, согласно указанной ниже таблице.

2. Сумма, выделенная для закупки по лотам:

№ лота	Наименование заказчика	Наименование товара	Описание	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед-цу (тенге)	Выделенная сумма (тенге)
1	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72	Стент-катетер для внутреннего дренирования 5 Fr 26 см	Двойной J стент в комплекте с толкателем, проволочным направителем и двумя зажимами. Стент должен быть изготовлен из мягкого полиуретана Стент должен быть изготовлен из мягкого полиуретана и не содержать латекса. Стент должен быть рентгеноконтрастным. Стент должен быть предназначен для установки сроком до 30 суток. Стент должен быть открытым с обеих сторон. Проксимальный конец стента должен быть округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента должны быть маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли стента должны содержать дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента должен составлять 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,3 мм ±1. Толкатель длиной 35 см. На дистальном конце стента должна быть установлена нейлоновая лигатура. Стент должен быть упакован стерильно. Проволочный направитель должен быть выполнен из нержавеющей стали с покрытием PTFE (политетрафторэтилен), быть длиной 150 см. Диаметр стента 5 Fr. Длина стента 26 см.	шт	30	15 830	474900

2	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72	Стент-катетер для внутреннего дренирования 6 Fr 26 см	Двойной J стент в комплекте с толкателем, проволочным направителем и двумя зажимами. Стент должен быть изготовлен из мягкого полиуретана Стент должен быть изготовлен из мягкого полиуретана и не содержать латекса. Стент должен быть рентгеноконтрастным. Стент должен быть предназначен для установки сроком до 30 суток. Стент должен быть открытым с обеих сторон. Проксимальный конец стента должен быть округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента должны быть маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли стента должны содержать дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента должен составлять 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 35 см. На дистальном конце стента должна быть установлена нейлоновая лигатура. Проволочный направитель должен быть выполнен из нержавеющей стали с покрытием PTFE (политетрафторэтилен), быть длиной 150 см . Стент должен быть упакован стерильно в комплекте. Диаметр стента 6 Fr. Длина стента 26 см.	шт	20	15 830	316600
3	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72	Мочеточниковый катетер 5 Fr	Мочеточниковый катетер, должен быть выполнен из полиуретана. Диаметр 5 Fr. Длина катетера не менее 70 см. кончик должен быть открытым. На проксимальном кончике должен быть адаптер Люэра. На поверхности должны быть одинарные метки длины через каждые 1 см, двойные метки – через каждые 10 см. Изделие должно быть стерильным, апиrogenным, не содержать латекса.	шт	10	5 280	52800
4	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72	Мочеточниковый катетер 6 Fr	Мочеточниковый катетер, должен быть выполнен из полиуретана. Диаметр 6 Fr. Длина катетера не менее 70 см. кончик должен быть открытым. На проксимальном кончике должен быть адаптер Люэра. На поверхности должны быть одинарные метки длины через каждые 1 см, двойные метки – через каждые 10 см. Изделие должно быть стерильным, апиrogenным, не содержать латекса.	шт	10	5 280	52800
5	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72	Мочеприемник	Мочеприемник стерилизованный с завязками однократного применения 1000 мл	шт	1000	250	250000
Всего: один миллион сто сорок семь тысяч сто тенге							1 147 100
Срок и Условия поставки товаров – В течении 20 (двадцати) календарных дней по заявке заказчика				Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг- Склад МОБ 120008, г. Кызылорда, пр. Назарбаева №72.			

3. Ценовое предложение на участие в закупе представили следующие потенциальные поставщики:

№ пп	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления конвертов	Способ предоставления конвертов
1	ТОО «ЖанаМедТех»	г.Алматы, ул. Тимирязева, 42, корпус №15, офис 406	14.08.2020 10:00	Кур. Почта.
2	ТОО «Чингиз»	г.Кызылорда, ул.Желтоксан 28/16 и б/н	14.08.2020 10:18	Доверенность Шманов К.

4. Следующие ценовые предложения отклонены – отклонения нет.

5. Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке «изделий медицинского назначения»:

№ лота	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед-цу	ТОО «ЖанаМедТех»	ТОО «Чингиз»
1	Стент-катетер для внутреннего дренирования 5 Fr 26 см	Шт	30	15 830	15830	
2	Стент-катетер для внутреннего дренирования 6 Fr 26 см	Шт	20	15 830	15830	
3	Мочеточниковый катетер 5 Fr	Шт	10	5 280	5280	
4	Мочеточниковый катетер 6 Fr	шт	10	5 280	5280	
5	Мочеприемник	шт	1000	250		250

6. Комиссия согласно технической характеристики и по результатам оценки и сопоставления ценовых предложений путем открытого голосования, **Решила:**

- Признать выигравший ценовое предложение определенным в п.112, гл.10 Правил и направить приглашение согласно п.113, гл. 10 Правил, последующим заключением договора:

по лотам № 1-4 «ЖанаМедТех» г.Алматы, ул. Тимирязева, 42, корпус №15, офис 406, БИН 090740011115) на общую сумму **897 100 тенге.**

по лоту № 5 ТОО «Чингиз» (г.Кызылорда, ул.Желтоксан 28/16 и б/н, БИН 951040000594) на общую сумму **250 000 тенге.**

7. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

8. Организатору государственных закупок КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика

Члены комиссии:

Әбілпатта А.

Зам. директора по хир. части
И.о.начальника отдела «Правового
обеспечения и государственных закупок»

Жакупова А.

И.о.зав. урологии

Искаков Е.

Секретарь
Назаров Д.

Специалист отдела «Правового
обеспечения и государственных закупок»