

«Утверждаю»  
 Директор \_\_\_\_\_ Амитов Н.Е.  
 2020 год



**Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений №35**

Малый конференц-зал

11-00 часов 20 апреля 2020 года

Вскрытия конвертов с ценовыми предложениями состоялось в 11-00 часов 20.04.2020 г. в малом конференц-зале, 2 этаж администрации.

1. Комиссия в следующем составе:

**1) Члены комиссии:**

Әбілпатта А. – Зам. директора по хирургии

Асанбаев Н. – Начальник отдела «Правового обеспечения и государственных закупок»

Исмаилов Н.– Зав. эндоваск. Отд.

**2) Секретарь**

Назаров Д. – специалист отдела «Правового обеспечения и государственных закупок»

провел закуп способом запроса ценовых предложений по закупкам изделий медицинского назначения, согласно указанной ниже таблице.

2. Сумма, выделенная для закупки по лотам:

№ лота	Наименование заказчика	Наименование товара	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед-цу (тенге)	Выделенная сумма (тенге)
1	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Внутриоральный баллонный катетер для контрапульсатора Datascope CS300	Внешний диаметр, Fg не более 8 Отсутствие ступенчатого перехода от шайфта к внутриоральному баллону в сложенном состоянии Соответствие Количество камер внутриорального баллона, шт 1 Материал мембраны баллона Модифицированный полиуретан (Дюротан или эквивалент) Устойчивость к перегибам Соответствие Мгновенная готовность к раздутию внутриорального баллона и запуску процедуры Соответствие Наружное покрытие внутриорального баллона Силикон Количество рентгеноконтрастных маркеров, шт. не менее 2 Защитный рукав проксимальной порции внутриорального баллонного катетера Наличие Номинальный объем внутриорального баллона, мл не менее 50 Номинальная длина внутриорального баллона, мм не более 258 Диаметр внутриорального баллона при давлении 2 psi, мм не менее 17,4 Длина введения внутриорального баллонного катетера, мм не менее 723 Внутренний диаметр канала линии давления, дюйм не менее 0,027 Диаметр совместимого проводника, дюйм не более 0,025 Расположение линии давления во внутриоральном баллонном катетере Пристеночное Способ фиксации интродьюсера Резьбовидный коннектор Конфигурация дистального кончика интродьюсера Конусообразная Защитный кожух внутриорального баллона Наличие Цветовая размерная кодировка Наличие Двухслойная стерильная разрываемая упаковка Наличие Кратность использования, цикл не более 1 Срок стерильности с момента упаковки, мес. не менее 24 Игла для сосудистого доступа шт. 1 Размер, G не менее 18 Армированный интродьюсер шт. 1 Диаметр, Fg не менее 8 Гемостатический клапан и стилет Наличие Стальной проводник с покрытием PTFE шт. 1 Диаметр, дюйм не более 0,025 Длина, см не менее 145 J-кончик Наличие	Шт	3	791500	2 374 500

			Соединительная линия катетера шт. 1 Длина, Ft (см) не менее 6 (183) Шприц шт. 1 Объем не менее 30 мл Сосудистый расширитель шт. 1 Наличие Ступенчатый расширитель шт. 1 Наличие Трёхходовой краник шт. 1 Наличие Заглушка Luer Lock Male шт. 1 Наличие				
2	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаев а №72.	Катетер для баллонного расширения коронарных артерий Pantera Pro, диаметром (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 6,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие: гидрофильное от баллона до порта выхода проводника, покрытие баллона и наконечника Ø 1.25-2.0 – гидрофильное; Ø 2.5-4.0- гидрофобное. Система доставки: Rх (монорельсовый катетер быстрой смены). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) – не более 0.017" (0.4318 мм). Проксимальный диаметр тубуса (шафта) не более-2 F. Дистальный диаметр тубуса (шафта) не более:- 2.6 F (для баллонов Ø 1.25 – 2.0 мм), 2.7 F (для Ø 2.5 - 3.5 мм), 2.9 F (для Ø 4.0 мм). Рекомендуемый диаметр рабочего катетера – не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056" /1.4224 мм). Рекомендуемый диаметр проводника: не более 0.014" (0.3556 мм). Система складывания баллона для Ø 1.25-1,5 – в виде двух лепестков; Ø 2.0-4.0- в виде трех листков. Рабочая длина: не менее 140 см. Маркеры баллона: платиново-иридиевые. Количество маркеров баллона – для Ø 1,25-1,5 мм одна метка; Ø 2,0-4,0 мм две метки. Маркеры тубуса (шафта): для доступа через бедренную и лучевую артерии, на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Номинальное давление: не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва: не менее 14 атм для всех размеров баллонов. Номинальный диаметр баллона: 1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 мм. Длина баллона: 6/10/15/20/25/30 мм.	Шт	20	55100	1 102 000
<b>Всего: три миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч пятьсот тенге</b>							<b>3 476 500</b>
Срок и Условия поставки товаров – В течении 20 (двадцати) календарных дней по заявке заказчика				Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг- Склад МОБ 120008, г. Кызылорда, пр. Назарбаева №72.			

3. Ценовое предложение на участие в закупе представили следующие потенциальные поставщики:

№ пп	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления конвертов	Способ предоставления конвертов
1	ТОО «Med Co»	Г.Алматы, ул. Макарова 22/37, угол ул.Пирогова, офис 303	17.04.2020 12:41	Кур. почта
2	ТОО «ЖанаМедТех»	Г.Алматы, ул.Тимирязева, 42, корпус №15, офис 406	20.04.2020 10:10	Кур. почта
3	ТОО «Макаби Мед»	Г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Тимирязева дом 42	20.04.2020 10:10	Кур. почта

4. Следующие ценовые предложения отклонены – отклонение нет.

5. Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке «изделий медицинского назначения»:

№ лота	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед-цу	ТОО «Med Co»	ТОО «ЖанаМед Тех»	ТОО «Макаби Мед»
1	Внутриартериальный баллонный катетер для контрапульсатора Datascope CS300	Шт	3	791500		791500	791400
2	Катетер для баллонного расширения коронарных артерий Pantera Pro, диаметром (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 6,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	Шт	20	55100	55000		

6. Комиссия согласно технической характеристики и по результатам оценки и сопоставления ценовых предложении путем открытого голосования, **Решила:**

- Признать выигравший ценовое предложение определенным в п.112, гл.10 Правил и направить приглашение согласно п.113, гл. 10 Правил, последующим заключением договора:

по лоту № 1 ТОО «Макаби Мед» Г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Тимирязева дом 42, БИН 130240031151) на общую сумму **2 374 200 тенге.**


по лоту № 2 ТОО «Med Co» Г.Алматы, ул. Макарова 22/37, угол ул.Пирогова, офис 303, БИН 070440013375) на общую сумму **1 100 000 тенге.**

7. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

8. Организатору государственных закупок КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика


**Члены комиссии:**

Әбілпатта А.



Зам. директора по хирургии  
Начальник отдела «Правового обеспечения  
и государственных закупок»

Асанбаев Н.



Зав. эндовас. Отд.

Исмаилов Н.



**Секретарь**  
Назаров Д.



Специалист отдела «Правового  
обеспечения и государственных закупок»