



Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений №39

Малый конференц-зал

11-00 часов 27 июля 2021 года

Вскрытия конвертов с ценовыми предложениями состоялось в 11-00 часов 27.07.2021 г. в малом конференц-зале, 2 этаж администрации.

1. Комиссия в следующем составе:

1) Члены комиссии:

Әбілпатта А. – Зам. директора по хир. части

Асанбаев Н. – Начальник отдела «Правового обеспечения и государственных закупок»

Сейтназарова М. - Зав.аптеки

2) Секретарь

Назаров Д. – специалист отдела «Правового обеспечения и государственных закупок»

провел закуп способом запроса ценовых предложений по закупкам изделий медицинского назначения, согласно указанной ниже таблице.

2. Сумма, выделенная для закупки по лотам:

№ лота	Наименование заказчика	Наименование товара	Описание	Ед. изм.	Кол -во	Цена за ед-цу (тенге)	Выделенная сумма (тенге)
1	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Высокопоточный дыхательный увлажнитель с подогревом	<p>Высокопоточный подогреваемый дыхательный увлажнитель для проведения высокопоточной назальной кислородной терапии.</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аппарат оснащен LCD дисплеем. • Диапазон скорости потока от 2 до 60 л/в мин; • Максимальная скорость потока: 60 л/в мин; • Настройки скорости потока: <ul style="list-style-type: none"> o В режиме для взрослых (высокий поток) 10-60 л/в мин (шаг регулировки - 1 л/в мин); o В режиме для детей (низкий поток) 2-25 л/в мин (шаг регулировки - 1 л/в мин); • Настройки температуры: 31°C-37°C (±2°C) (шаг регулировки - 1°C); • Влажность потока: <ul style="list-style-type: none"> o >33мг/л при температуре 37°C; o >12мг/л при температуре 31°C-36°C; • FiO2: от 21 до 95% (±5%); • Источник питания: 100-240V 50/60Гц; • Уровень шума: ≤50dB; • Время нагрева потока: ~6 мин до 37°C при скорости потока 60 л/в мин; • Размер: 243мм x 220мм x 170мм; • Вес: до 2,8±0,2 кг. <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Легкость в использовании и быстрый старт; • Встроенный датчик кислорода; • Отражение в режиме реального времени FiO2; • Обеспечение безопасности пациента путем возможности установки верхнего и нижнего лимита концентрации кислорода при превышении которых срабатывает сигнал тревоги; • Не требует компрессора; 	Шт	2	2450000	4 900 000

- Наличие детского и взрослого режима;
- Наличие функции регулировки температуры потока от 31 до 37°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) с шагом регулировки 1°C;
- Наличие функции регулировки скорости потока от 2 до 60 л/в мин с шагом регулировки 1 л/в мин;
- Не требует стерилизации после использования;
- Оснащается сменным фильтром;
- Возможность подключения внешнего источника воды и автоматического наполнения камеры увлажнителя;
- Наличие датчика уровня воды;
- Наличие сигнала тревоги при снижении уровня воды до середины призмы в камере увлажнителя для возможности замены источника воды до ее окончания;
- Наличие датчика камеры увлажнителя;
- Наличие сигнала тревоги при блокировке потока;
- Наличие встроенной памяти и слота для SD карты для записи действий и истории использования.
- Соответствие стандарту IEC/EN 60601
- Наличие сертификата EC 93/42/EEC
- Соответствие производства стандарту EN ISO 13485

Требования к условиям эксплуатации:

Прибор не должен подвергаться чрезмерной вибрации, воздействию пыли, агрессивных и взрывоопасных газов. Во время работы, прибор должен находиться в горизонтальном положении.

Температура: 18 ~ 28°C;

Относительная влажность: 15% ~ 93%, без конденсации;

Атмосферное давление: 86 ~ 106кПа;

Высота: до 2000м над уровнем моря.

Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

- Флоуметр (расходомер) кислорода – 1шт
- Кислородный шланг – 1 шт
- Кислородная трубка – 1 шт
- Сменные фильтры – 25 шт
- Кабель подключения интегрированного дыхательного контура к прибору. – 1 шт
- Интегрированный нагреваемый дыхательный контур одноразовый для взрослых - по 6 шт к 1-му (одному) аппарату
- Одноразовая высокопоточная назальная канюля для взрослых. - по 6 шт к 1-му (одному) аппарату
- Одноразовая камера увлажнителя - по 6 шт к 1-му (одному) аппарату

1. Поставщик при поставке оборудования обеспечивает его ввод эксплуатацию (с подписанием соответствующего акта).
2. Поставщик при поставке оборудования проводит обучение специалистов больницы-заказчика на месте установки МИ.
3. Товар должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языке.
4. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить сертификат соответствия стандарту IEC/EN 60601.
5. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить сертификат соответствия производства стандарту EN ISO 13485.

		6. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить сертификат ЕС 93/42/ЕЕС. 7. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить документ, подтверждающий регистрацию медицинского изделия в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом.			
Всего: четыре миллиона девятьсот тысяч тенге					4 900 000
Срок и Условия поставки товаров – В течении 20 (двадцати) календарных дней по заявке заказчика			Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг- Склад МОБ 120008, г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.		

3. Ценовое предложение на участие в закупе представили следующие потенциальные поставщики:

№ пп	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления конвертов	Способ предоставления конвертов
1	ТОО «Demeu Trading»	Г.Алматы, ул.Байзакова, 280	23.07.2021 г. 10:43	Директор Утегулов А.М.

4. Следующие ценовые предложения отклонены – отклонений нет.

5. Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке «изделий медицинского назначения»:

№ лота	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед-цу	ТОО «Demeu Trading»
1	Высокопоточный дыхательный увлажнитель с подогревом	Шт	2	2450000	2450000

6. Комиссия согласно технической характеристики и по результатам оценки и сопоставления ценовых предложениям путем открытого голосования, **Решила:**

- Признать выигравший ценовое предложение определенным в п.100, гл.9 Правил и направить приглашение согласно п.102, гл. 9 Правил, последующим заключением договора:

по лоту № 1 ТОО «Demeu Trading» (Г.Алматы, ул.Байзакова, 280, БИН: 200340018420) на общую сумму **4 900 000 тенге.**

7. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

8. Организатору государственных закупок КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика




Члены комиссии:

Өбілпатта А.

Асанбаев Н.

Сейтназарова М.

Секретарь
Назаров Д.

Зам. директора по хир. части
Начальник отдела «Правового обеспечения и государственных закупок»

Зав.аптеки

Специалист отдела «Правового обеспечения и государственных закупок»