

Шығыс № 234
21 09 2010 жыл

Объявление №68

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
(в соответствии с главой 10 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009 г.)**

1. Настоящее объявление по запуску **медицинских изделий** (далее - Товары) для Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» управления здравоохранения Кызылординской области (далее – **МОБ**) разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об участии в запуску **способом запроса ценовых предложений**.

2. Сумма, выделенная по запуску товаров способом запроса ценовых предложений, составляет **1 754 850 (один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) тенге**;

Перечень закупаемых товаров

№ лота	Наименование заказчика	Наименование товара	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед-цу (тенге)	Выделенная сумма (тенге)
1	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Концентрированный моющий раствор 500 мл	набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400-BioSystems	Кор	3	105990	317970
2	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Амилаза 450 опр	АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400-BioSystems., наличие баркода на каждом флаконе, Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. HEPES 50 ммоль/л, хлорид кальция 0.075 ммоль/л, хлорид магния 13 ммоль/л, α-глюкозидаза > 4 Ед/мл, рН 7.1. Реагент В. HEPES 50 ммоль/л, 4-нитрофенил-мальтогепатозид-этилиден 18 ммоль/л, рН 7.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 5.6 Ед/л = 0.094 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21.6 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 100 Ед/л = 1.67 мккат/л. Повторность (CV) - 1.5 %, Внутривлабораторный показатель (CV)- 1.9 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.4 мккат/л. Повторность (CV) 2.1 %, Внутривлабораторный показатель (CV)- 2.3 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 103 Ед/л = 1.71 мккат/л. Повторность (CV) - 2.2 %, Внутривлабораторный показатель (CV)- 2.7 %; Средняя концентрация: 206 Ед/л = 3.42 мккат/л. Повторность (CV) 2.8 %, Внутривлабораторный показатель (CV)- 3.1 %. Количество исследований - 450, фасовка 2x60мл+2x15мл, t+2 +8 С.	Набор	2	240990	481980
3	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Фибриноген по Клаусу, 10x5 мл. (250tests)	Фибриноген по Клаусу, 10x5 мл. (250tests)	Кор	2	192390	384780
4	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Wash-R Emulsion/ Промывочный раствор	Wash-R Emulsion/ Промывочный раствор	Кор	6	38990	233940
5	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Rotors/ Роторы на 20 позиций, 100 шт/уп. (на 1800 исследований)	Rotors/ Роторы на 20 позиций, 100 шт/уп. (на 1800 исследований)	Кор	2	168090	336180
Всего: один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят тенге							1 754 850
Срок и Условия поставки товаров – В течении 20 (двадцати) календарных дней по заявке заказчика				Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг – Склад МОБ 120008, г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.			

3. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

