

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений № 75

Малый конференц-зал

16-30 часов 28 октября 2020 года

Вскрытия конвертов с ценовыми предложениями состоялось в 12-00 часов 28 октября 2020 г. в малом конференц-зале, 2 этаж администрации.

1. Комиссия в следующем составе:

Члены комиссии:

- Әбілпатта А.Ә. – Зам. директора по хирургической части
- Асанбаев Н.Б. – Начальник отдела «Правового обеспечения и государственных закупок»
- Едрешова К.Е. -Зав. лаборатории

Секретарь

Бейбіт А.Б. – специалист отдела «Правового обеспечения и государственных закупок» провела закуп способом запроса ценовых предложений по закупкам медицинских изделий, согласно указанной ниже таблице.

2. Сумма выделенная для закупки по лотам:

№ лота	Наименование заказчика	Наименование товара	Описание	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед-цу	Выделенная сумма в тенге
1	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.	Wash-R Emulsion/ Промывочный раствор	Wash-R Emulsion/ Промывочный раствор	Кор	38990	5	194950
2	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72	общий белок 1800 опр	ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400-BioSystems., наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий буреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л.	Набор	14 990	6	89940

			<p>Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2x20мл, температура хранения +15 +30 °С.</p>				
3	<p>МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72</p>	<p>Амилаза 450 опр</p>	<p>АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400-BioSystems, наличие баркода на каждом флаконе, Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. HEPES 50 ммоль/л, хлорид кальция 0.075 ммоль/л, хлорид магния 13 ммоль/л, α-глюкозидаза > 4 Ед/мл, рН 7.1. Реагент В. HEPES 50 ммоль/л, 4-нитрофенил-мальтогепатозид-этилиден 18 ммоль/л, рН 7.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 5.6 Ед/л = 0.094 мккат/л..Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21.6 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 100 Ед/л = 1.67 мккат/л. Повторность (CV) - 1.5 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 1.9 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.4 мккат/л. Повторность (CV) 2.1 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2.3 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 103 Ед/л = 1.71 мккат/л . Повторность (CV) - 2.2 %, Внутрिलाбораторный показатель (CV)- 2.7 %; Средняя концентрация: 206 Ед/л = 3.42 мккат/л. Повторность (CV) 2.8 %, Внутрिलाбораторный</p>	Набор	240990	2	481980

		показатель (CV)- 3.1 %. Количество исследований - 450, фасовка 2x60мл+2x15мл, t+2 +8 С.				
Всего: семьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят тенге						766 870
Наименование заказчика: КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»						
Срок и Условия поставки товаров – Со дня получения заявки в течении 15 (пятнадцати) календарных дней			Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг– склад больницы, Кызылординская область, город Кызылорда, пр. Назарбаева 72			

3. Ценовое предложение на участие в закупе представили следующие потенциальные поставщики:

№ пп	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления конвертов с ценовыми предложениями
1	ТОО «Lab Service company»	Г.Кызылорда, ул. Мусрепова, стр. 58	26.10.2020г. 09:35ч.

4. Следующие ценовые предложения отклонены – отклонение нет.

5. Потенциальные поставщики представили ценовые предложения по поставке «медицинских изделий»: *согласно приложению №1*

6. Комиссия согласно результатам оценки и сопоставления ценовых предложений путем открытого голосования, **Решила:**

- Признать выигравший ценовое предложение определенным в п.112, гл.10 Правил и направить приглашение согласно п.113, гл. 10 Правил, последующим заключением договора: по лотам: №1,2,3 **ТОО «Lab Service company»** на общей сумме **766 805,00** тенге

7. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков не присутствовали

8. Организатору государственных закупок КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.


Члены комиссии:

Әбілпатта А.Ә.


Едрешова К.Е.

Асанбаев Н.Б.


Секретарь
Бейбіт А.Б.




Зам. директора по хир. части



Зав. лаборатории



Начальник отдела «Правового обеспечения и государственных закупок»




Специалист отдела «Правового обеспечения и государственных закупок»

Приложение 1

№ лота	Наименование товара	Цена за ед-цу	Кол-во	ТОО «Lab Service company»
1	Wash-R Emulsion/ Промывочный раствор	38990	5	38 985
2	общий белок 1800 опр	14 990	6	14 985
3	Амилаза 450 опр	240990	2	240 985


Члены комиссии:

Әбілпатта А.Ә.




Зам. директора по хир. части

Едрешова К.Е.




Зав. лаборатории

Асанбаев Н.Б.



Начальник отдела «Правового обеспечения и государственных закупок»

Секретарь
Бейбіт А.Б.



Специалист отдела «Правового обеспечения и государственных закупок»