

**Протокол об итогах закупа медицинских изделий  
способом запроса ценовых предложений от 07.12.2023 г.**

Малый конференц-зал

15:00 часов 06 декабря 2023 года

Вскрытия конвертов с ценовыми предложениями состоялось в 15:00 часов 06.12.2023 г. в малом конференц-зале, 3 этаж администрации.

1. Комиссия в следующем составе:

**1) Члены комиссии:**

Бержаппарова Г.Б. – Зам. директора по лечебной части  
Асанбаев Н. – Начальник отдела «Государственных закупок»  
Сактаганова А.Р. – И.о. Главная мед.сестра

**2) Секретарь**

Раманкулова Д.Г – Специалист отдела «Государственных закупок»

провела закуп способом запроса ценовых предложений по закупкам медицинских изделий, согласно указанной ниже таблице.

2. Сумма, выделенная для закупки по лотам:

№ лота	Наименование заказчика	Наименование товара	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед-цу (тенге)	Выделенная сумма (тенге)
1	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72	Камера УФ - бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов	Камера работает от сети переменного тока напряжения 220 В, с частотой 50 Гц, Облученность от источника УФ - излучения до геометрического центра решетки камеры на длине волны 253,7 нм, время непрерывной работы камеры не более 168 часов. Камера имеет металлическую решетку на размещение инструмента, выдерживающую равномерно распределенную нагрузку не менее 100 Н. Габаритные размеры камеры, установленной на стол 1170*950*600 мм. Камера состоит из корпуса, с шарнирно пожимающимися и опускающейся прозрачной крышки, с установленным стеклом светотеплозащитным, полностью задерживающим УФ излучение, металлической сетки для укладки стерильных инструментов, подставки на передвижных опорах	шт	3	180000	540000
2	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72	Облучатель бактерицидный ОБМП - 1х30 настенно-потолочный-40-60 кв2	Источники излучения: Кол-во ламп – 1 (одна). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 12,6 Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение (настенное / потолочное): 90% - 167/279 м3/час; 95% - 130/217 м3/час, 99% - 85/142 м3/час, 99,9% - 57/94 м3/час. Шнур с вилкой – 2,5 метров. Габаритные размеры 82*100*928 мм, вес 2,75 кг.	шт	30	23300	699000

3	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаев а №72	Рециркулятор воздуха бактерицидный РВБ 2/30	Режим работы: постоянно в присутствии людей до 24 часов в сутки 7 дней в неделю. Облучатель – рециркулятор может использоваться для помещений первой категории: операционные, палаты противотуберкулезных помещений, палаты для недоношенных детей, стерильные зоны ЦСО, ожоговые и т.д. Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем, составляет: для 1 категории (99,9%) – 110 м3, для 2 категории (99%) – 160 м3, для 3 категории (95%) – 250 м3, для 4 категории (90%) – 320 м3, для 5 категории (85%) – 400 м3 по S.Augeus соответственно. Источник излучения: 2 (две) уф - лампы мощностью 30 Вт ресурсом 10800 часов. Суммарный бактерицидный поток не менее 25,2 Вт. Имеет металлический корпус. Совместимость с передвижной платформой. Габаритные размеры и вес (Ш/Г/В) 170*160*1200 мм, 5,6 кг. Комплектность: 1) Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки. 2) Технический паспорт на казахском и русском языке.	шт	10	100000	1000000
4	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаев а №72	Облучатель бактерицидный ОБП - 4х30 передвижной	Источники излучения: Кол-во ламп – 4 (четыре). Ультрафиолетовая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт, потоком излучения – 12,6 Вт. Образование озона полностью отсутствует. Срок службы 10800 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Суммарный бактерицидный поток – 50,4 Вт. Производительность по S. Augeus при бактерицидной эффективности, исполнение передвижное: 90% - 1117 м3/час; 95% - 869 м3/час, 99% - 567 м3/час, 99,9% - 377 м3/час. Шнур с вилкой – 5 метров. Габаритные размеры 1040*315*270 мм, вес 11,2 кг. Все заявленные характеристики должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Облучатель является медицинской техникой, поэтому обязательно наличие: регистрационное удостоверение МЗ РК и разрешительный документ (талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Сертификат соответствия продукции казахстанского образца, выданный РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК: наличие.	шт	5	82000	410000
5	МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаев а №72	Весы медицинские для новорожденных	Электронные детские весы с автономным питанием предназначены для взвешивания новорожденных и грудных детей массой до 15 кг в детских медицинских учреждениях. Детские весы зарегистрированы в РК и имеют все необходимые сертификаты и заключения. Электронные детские весы обладают повышенной точностью взвешивания, они надежны, компактны и просты в эксплуатации. Детские весы входят в серию весов МК, на которую в 2006 году получен сертификат ЕС. Преимущества: Высвечивание	шт	5	60000	300000



			разности результатов двух взвешиваний (эта функция создает дополнительное удобство при контрольном вскармливании); детские весы могут работать как от встроенного аккумулятора, так и от блока питания (сетевого адаптера); высокая точность измерений; яркая индикация, простота эксплуатации; выборка массы тары (например, пеленок); возможность санобработки (дезинфекция, облучение кварцем).				
<b>Всего: два миллиона девятьсот сорок девять тысяч тенге</b>							<b>2 949 000</b>
Срок и Условия поставки товаров – В течении 16 (шестнадцать) календарных дней по заявке заказчика				Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг- Склад МОБ 120008, г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72.			

4. Следующие ценовые предложения отклонены: - отклонения нет.

5. Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке «изделий медицинского назначения»:

6.

Комиссия согласно технической характеристики и по результатам оценки и сопоставления

№	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед-цу	ТОО «КазакМедИмпорт»
1	Камера УФ - бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов	шт	3	180000	
2	Облучатель бактерицидный ОБМП - 1x30 настенно-потолочный-40-60 кв2	шт	30	23300	22 000
3	Рециркулятор воздуха бактерицидный РВБ 2/30	шт	10	100000	98 000
4	Облучатель бактерицидный ОБП - 4x30 передвижной	шт	5	82000	80 000
5	Весы медицинские для новорожденных	шт	5	60000	

ценовых предложениях путем открытого голосования, **Решила:**

- Признать выигравший ценовое предложение определенным в п.78, гл.3 Правил и направить приглашение согласно п.80, гл.3 Правил, последующим заключением договора:

по лотам №2,3,4 ТОО «КазакМедИмпорт» - на общую сумму **2 040 000 тенге.**

в связи с отсутствием тендерных заявок признать следующие лоты несостоявшимся : № 1,5

7. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков отсутствовали.


8. Организатору государственных закупок КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика

**Члены комиссии:**

Бержаппарова Г.Б.

Асанбаев Н.Б.


Сактаганова А.Р.



Зам. директора по лечебной части  
Начальник отдела «Государственных  
закупок»

И.о.Главная мед.сестра

**Секретарь**  
Раманкулова Д.Г



Специалист отдела «Государственных  
закупок»