


 Директор «Утверждено» Амитов Н.Е.
 2022 год

**Протокол об итогах закупа медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений от 02.03.2022 г.**

Малый конференц-зал

10-00 часов 10 марта 2022 года

Вскрытия конвертов с ценовыми предложениями состоялось в 10-00 часов 10.03.2022 г. в малом конференц-зале, 2 этаж администрации.

1. Комиссия в следующем составе:

1) Члены комиссии:

Әбілпатта А.Ә. – Зам. директора по хир. части
 Асанбаев Н.Б. – Начальник отдела «Правового обеспечения и государственных закупок»
 Валишаев И.Ж. – Зав. урологии
 Лепесов Н.М. - Зав.кардиологии №2
 Сейтназарова М. - Зав.аптеки

2) Секретарь

Назаров Д. – специалист отдела «Правового обеспечения и государственных закупок»

провел закуп способом запроса ценовых предложений по закупкам изделий медицинского назначения, согласно указанной ниже таблице.

2. Сумма, выделенная для закупки по лотам:

| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед-цу (тенге) | Выделенная сумма (тенге) |
|--------|--|---|---|----------|--------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72. | Нефростомический набор 14 Fr | <p>Набор для нефростомии предназначен для операционного образования нефростомии для отвода мочи, в случае, когда нельзя обеспечить отвода мочи естественным путем.</p> <p>Проводник из нержавеющей стали с мягким «J» кончиком.</p> <p>Для изготовления катетера применяется силиконовый полиуретан самого высокого качества.</p> <p>Этот материал обеспечивает оптимально длительное время нахождения катетера в почке</p> <p>Катетер оснащен индикатором глубины ввода в виде линий: первая линия расположена на 17,5 см от дистального наконечника катетера. Расстояние между каждой отметкой составляет 8 см.</p> <p>Набор стерилизован окисью этилена</p> <p>Элементы комплекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Катетер 14F длиной 45 см 2. Проводник J,0,38 x 80см 3. Двухсоставная игла 18G x 20см 4. Дилататор 10F, 13F 5. Дилататор с мандреном 15F 6. Шприц 10мл 7. Скальпель 8. Кожный фиксатор 9. Зажим | Шт | 40 | 52000 | 2 080 000 |
| 2 | МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72. | Мочеточниковый катетер, открытого типа, | <p>Мочеточниковый катетер для введения контрастного вещества в мочеточник, должен быть выполнен из полиуретана. Диаметр не более 5 Fr. Длина катетера не</p> | Шт | 100 | 5660 | 566 000 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|------|-----|---------|-----------|
| | | размерами (Fr): 5; длина (см): 70 | менее 70 см. Кончик должен быть открытым. На проксимальном кончике должен быть адаптер Люэра. Наличие стилета. На поверхности должны быть одинарные метки длины через каждые 1 см, двойные метки – через каждые 10 см. Изделие должно быть стерильным, апиrogenным, не содержать латекса. Способность пропускать контрастную жидкость. Хорошая визуализация под рентгеном. | | | | |
| 3 | МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72. | Набор надлобковой катетеризации: троакар ,скальпель, катетер Фоллея силиконовый; диаметр катетера (Fr): 14; Длина (см) 37 | Набор для надлобковой цистостомии включает: катетер Фоллея длиной 35 см, с силиконовым покрытием, размер 14 Fr., пластиковый разделяющийся троакар с металлическим стилетом, скальпель. Изделие упаковано стерильным, в блистерной упаковке. На рукоятке скальпеля имеются мелкие поперечные бороздки, предотвращающие выскальзывание скальпеля. Пластиковый тубус троакара имеет держатель для быстрого разделения троакара. | Шт | 45 | 21200 | 954 000 |
| 4 | МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72. | Мочеточниковый катетер, закрытого типа, размерами (Fr): 6; длина (см): 70 | Мочеточниковый катетер для введения контрастного вещества в мочеточник, должен быть выполнен из полиуретана. Диаметр не более 6 Fr. Длина катетера не менее 70 см. Кончик должен быть закрытым. На проксимальном кончике должен быть адаптер Люэра. Наличие стилета. На поверхности должны быть одинарные метки длины через каждые 1 см, двойные метки – через каждые 10 см. Изделие должно быть стерильным, апиrogenным, не содержать латекса. Способность пропускать контрастную жидкость. Хорошая визуализация под рентгеном. | Шт | 100 | 5660 | 566 000 |
| 5 | МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72. | Эндоапликатор L (large) 10мм | Эндоапликатор L 10мм 32,5 см. Апликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали. Применяется для лигирования сосудов, протоков и тканей при лапароскопических и лапаротомных операциях в общей хирургии, гинекологии, урологии, торакальной хирургии, отоларингологии, сосудистой хирургии. | Шт | 1 | 1336400 | 1 336 400 |
| 6 | МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72. | Клипсы L для сосудов и тканей 5-13мм (14 картриджей по 6 клипс) | Клипсы лигирующие L для сосудов и тканей 5-13мм (14 картриджей по 6 клипсов) Клипсы размер L для сосудов и тканей 5-13мм имеющие цветовой код размера: из нерассасывающегося биоинертного полимера (пластиковые) защелкивающийся замок клипс обеспечивает эффективное и надежное закрытие конструкция апликаторов и клипс обеспечивает надежную фиксацию клипс во время доставки к сосудам и тканям конструкция клипсы дает возможность деклипирования, с сохранением целостности сосуда или ткани наличие зубцов на внутренней поверхности клипсы позволяет «чистить» сосуды и ткани до закрытия, а также препятствуют соскальзыванию с них при закрытом замке клипсы легко пальпируются не R6-контрастны, таким образом, не изменяет картины при МРТ, КТ и R6 исследованиях | Упак | 1 | 289500 | 289 500 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|------|----|---------|-----------|
| | | | в 1й коробке 14 картриджей, 6 клипс/картридж (84 клипс). | | | | |
| 7 | МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72. | Эндоскопический ручной апликатор XL, 10 мм | Эндоскопический ручной апликатор. Размер XL, 10 мм, длина 32,5 см. Апликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали. Применяется для лигирования сосудов, протоков и тканей при лапароскопических и лапаротомных операциях в общей хирургии, гинекологии, урологии, торакальной хирургии, отоларингологии, сосудистой хирургии. | Шт | 1 | 1336400 | 1 336 400 |
| 8 | МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72. | Клипса XL для сосудов и тканей 7-16мм (14картриджей по 6 клипс) | Клипсы лигирующие для сосудов и тканей 7-16мм (14 картриджей по 6 клипсов) Клипсы размер XL для сосудов и тканей 7-16 мм имеющие цветовой код размера из не рассасывающегося биоинертного полимера(пластиковые) защелкивающийся замок клипс обеспечивает эффективное и надежное закрытие конструкция апликаторов и клипс обеспечивает надежную фиксацию клипс во время доставки к сосудам и тканям конструкция клипсы даёт возможность деклипирования, с сохранением целостности сосуда или ткани наличие зубцов на внутренней поверхности клипсы позволяет «чистить» сосуды и ткани до закрытия, а также препятствуют соскальзыванию с них при закрытом замке клипсы легко пальпируются не Rn-контрастны, таким образом, не изменяет картины при МРТ, КТ и Rn исследованиях. В 1й коробке 14 картриджей, 6 клипс/картридж (84 клипсы). | Упак | 1 | 289500 | 289 500 |
| 9 | МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72. | Мочеточниковый двойной J - стент, с одним открытым концом, размерами (Fr): 5; длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником В набор входит DJ стент с одним открытым концом + Толкатель+направитель+2 замка | Двойной J стент в комплекте с толкателем, проволочным направителем и двумя зажимами. Стент изготовлен из мягкого полиуретана и не содержит латекса. Стент рентгеноконтрастный. Стент предназначен для установки сроком до 30 суток. Стент открытый с обеих сторон. Проксимальный конец стента округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли содержат дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента составляет 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 35 см. На дистальном конце стента установлена нейлоновая лигатура. Проволочный направитель выполнен из нержавеющей стали с покрытием PTFE (политетрафторэтилен), длиной 150 см. Стент упакован стерильно в комплекте. Диаметр стента 5 Fr. Длина стента 26 см. | Шт | 20 | 16960 | 339 200 |
| 10 | МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72. | Мочеточниковый двойной J - стент, с одним открытым концом, размерами (Fr): 6; длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником | Двойной J стент в комплекте с толкателем, проволочным направителем и двумя зажимами. Стент изготовлен из мягкого полиуретана и не содержит латекса. Стент рентгеноконтрастный. Стент предназначен для установки сроком до 30 суток. Стент открытый с обеих сторон. Проксимальный конец стента округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. | Шт | 20 | 16960 | 339 200 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|--|------|--------|------------------|
| | | | Корпус и петли содержат дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента составляет 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 35 см. На дистальном конце стента установлена нейлоновая лигатура. Проволочный направитель выполнен из нержавеющей стали с покрытием PTFE (политетрафторэтилен), длиной 150 см. Стент упакован стерильно в комплекте. Диаметр стента 6 Fr. Длина стента 26 см. | | | | |
| 11 | МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72. | Кабель пациента для ЭКГ 10 отведении для аппарата Cardio-7 | Центральный жгут, оснащенный наконечником; с помощью наконечника (папа) ЭКГ – кабель соединяется с блоком электрокардиографа (разъем экг - мама); ветви экг кабеля (количество ветвей определяется канальностью кардиографа); узел стыковки для ветвей кабеля отведения с центральным кабелем экг; наконечники ветвей снимают ток, к ним подключают электроды. | Шт | 3 | 113890 | 341 670 |
| 12 | МОБ г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72. | Бупивакаин | Раствор для инъекций, 5мг/мл, 4 мл № 5 | Ампул | 1300 | 598,1 | 777 530 |
| Всего: девять миллионов двести пятнадцать тысяч четыреста тенге | | | | | | | 9 215 400 |
| Срок и Условия поставки товаров – В течении 20 (двадцати) календарных дней по заявке заказчика | | | | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг- Склад МОБ 120008, г.Кызылорда, пр.Назарбаева №72. | | | |

3. Ценовое предложение на участие в закупе представили следующие потенциальные поставщики:

| № пп | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Время предоставления конвертов | Способ предоставления конвертов |
|------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | ИП «Sam» | Г.Кызылорда, ул.Ауезова дом 5 А, кв 1 | 09.03.2022 г. 12:45 | Директор Саматов Р. |
| 2 | ТОО «ОрдаМед Кызылорда» | Г.Кызылорда, ул.Кунаева 4, БЦ «Prima Park» | 09.03.2022 г. 14:28 | Доверенность Пак О. |
| 3 | ТОО «ЖанаМедТех» | Г.Алматы, ул.Тимирязева,42 | 09.03.2022 г. 15:47 | Кур.почта |
| 4 | ТОО «AANMed» | Г.Кызылорда, ул.Скаткова 107а | 10.03.2022 г. 09:00 | Директор Измаханова А. |
| 5 | ТОО «КФК Медсервис Плюс» | Г.Шымкент, Абайский район, Трасса Темирлановское, здание 236 | 10.03.2022 г. 09:30 | Директор Нуртаев Ш. |

4. Следующие ценовые предложения отклонены – отклонений нет

5. Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке «изделий медицинского назначения»:

| № лота | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед-цу | ИП «Sam» | ТОО «ОрдаМед Кызылорда» | ТОО «ЖанаМедТех» | ТОО «AANMed» | ТОО «КФК Медсервис Плюс» |
|--------|---|----------|--------|---------------|----------|-------------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | Нефростомический набор 14 Fr | Шт | 40 | 52000 | 51880 | | | | |
| 2 | Мочеточниковый катетер, открытого типа, размерами (Fr): 5; длина (см): 70 | Шт | 100 | 5660 | | 5660 | | | |
| 3 | Набор надлобковой катетеризации: троакар ,скальпель, катетер Фоллея | Шт | 45 | 21200 | | 21200 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|---------|--|--------|-------|---------|
| | силиконовый; диаметр катетера (Fr): 14; Длина (см) 37 | | | | | | | |
| 4 | Мочеточниковый катетер, закрытого типа, размерами (Fr): 6; длина (см): 70 | Шт | 100 | 5660 | | | 5660 | |
| 5 | Эндоапликатор L (large) 10мм | Шт | 1 | 1336400 | | | | 1336300 |
| 6 | Клипсы L для сосудов и тканей 5-13мм (14 картриджей по 6 клипс) | Упак | 1 | 289500 | | | | 289450 |
| 7 | Эндоскопический ручной аппликаторXL, 10 мм | Шт | 1 | 1336400 | | | | 1336300 |
| 8 | Клипса XL для сосудов и тканей 7-16мм (14картриджей по 6 клипс) | Упак | 1 | 289500 | | | | 289450 |
| 9 | Мочеточниковый двойной J -стент , с одним открытым концом, размерами (Fr): 5; длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником В набор входит DJ стент с одним открытым концом + Толкатель+направитель+2 замка | Шт | 20 | 16960 | | | 16960 | |
| 10 | Мочеточниковый двойной J -стент , с одним открытым концом, размерами (Fr): 6; длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником | Шт | 20 | 16960 | | | 16960 | |
| 11 | Кабель пациента для ЭКГ 10 отведении для аппарата Cardio-7 | Шт | 3 | 113890 | | 113850 | | |
| 12 | Бупивакаин | Ампу л | 1300 | 598,1 | | | | 598 |

6. Комиссия согласно технической характеристики и по результатам оценки и сопоставления ценовых предложении путем открытого голосования, **Решила:**

- Признать выигравший ценовое предложение определенным в п.100, гл.9 Правил и направить приглашение согласно п.102, гл. 9 Правил, последующим заключением договора:

по лоту № 1 ИП «Sam» (Г.Кызылорда, ул.Ауэзова дом 5А, кв., 1, ИИН 950302300405) на общую сумму **2 075 200 тенге.**

по лотам № 2-4,9-10 ТОО «ЖанаМедТех» (Г.Алматы, ул.Тимирязева,42, БИН 090740011115) на общую сумму **2 764 400 тенге.**

по лотам № 5-8 ТОО «AANMed» (Г.Кызылорда, ул.Скаткова 107а, БИН 200240034914) на общую сумму **3 251 500 тенге.**

по лоту № 11 ТОО «ОрдаМед Кызылорда» (Г.Кызылорда, ул.Кунаева 4, БИН: 171140014881) на общую сумму **341 550 тенге.**

по лоту № 12 ТОО «Медсервис плюс» (Г.Шымкент, р-н, трасса Темирлановское, здание 236, БИН 980341003489) на общую сумму **777 400 тенге**

7. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

8. Организатору государственных закупок КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика


Члены комиссии:

Әбілпатта А.




Зам. директора по хир. части
Начальник отдела «Правового обеспечения и
государственных закупок»

Асанбаев Н.




Валишаев И.




Зав.урологии

Лепесов Н.




Зав.кардиологии №2

Сейтназарова М.



Зав.аптеки

Секретарь
Назаров Д.



Специалист отдела «Правового обеспечения и
государственных закупок»